

**DZP/16PN/2020**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Pakiet 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

**Ad. 1**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 2**

Pakiet 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z serwetą angiograficzną 180 x 305 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu z dwoma otworami eliptycznymi 12 x 15 cm wypełnionymi folią chirurgiczną, dodatkowo w strefie krytycznej wzmocnienie?

**Ad. 2**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 3**

**Pakiet 70, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii ze strzykawką 20ml - 3 częściową (zamiast 2 częściowej)?

**Ad. 3**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 4**

**Pakiet 70, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z osłoną na aparaturę medyczną 120 x 120 cm w stanie rozciągniętym (maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 70 x 70 cm) – w miejsce osłony foliowej z gumką (25-35 cm połowa obwodu gumki w stanie spoczynku ÷ 67-77 cm połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym ) x36cm wysokość?

**Ad. 4**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 5**

**Pakiet 70, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z osłoną na aparaturę medyczną 140 x 140 cm w stanie rozciągniętym (maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 80 x 80 cm) - w miejsce osłony foliowanej z gumką (27-38 cm połowa obwodu gumki w stanie spoczynku ÷ 107-117 cm połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym) x56cm wysokość?

**Ad. 5**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 6**

**Pakiet 70, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z fartuchem chirurgicznym wzmocnionym ze wzmocnieniem w przedniej części o długości 113 cm, w rękawach 34 cm, mankiet o długości 7,5 cm?

**Ad. 6**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 7**

**Pakiet 70, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z fartuchem chirurgicznym z mankiem o długości 7,5 cm?

**Ad. 7**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 8**

**Pakiet 70, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z korcangiem plastikowym 18 cm (zamiast 19 cm)?

**Ad. 8**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 9**

**Pakiet 70, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetki jałowe w rozmiarze 40 x 40 cm?

**Ad. 9**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 10**

**Pakiet 71, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

**Ad. 10**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 11**

**Pakiet 71, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z fartuchem chirurgicznym wzmocnionym ze wzmocnieniem w przedniej części o długości 113 cm, w rękawach 34 cm, mankiet o długości 7,5 cm?

**Ad. 11**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 12**

**Pakiet 71, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z serwetą angiograficzną 220 x 320 cm wykonana z trzywarstwowej włókniny SMS, w strefie krytycznej wzmocnienie o rozmiarze 50 x 80

cm, wyposażona w foliowe wstawki zabezpieczające panel sterowniczy po obu stronach, posiada 2 otwory o śr. 10 cm z przylepcami wokół otworów?

**Ad. 12**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 13**

**Pakiet 71, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z osłoną na aparaturę medyczną 85 x 85 cm w stanie rozciągniętym (maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 50 x 50 cm)? (w miejsce osłony foliowej z gumką (17-27cm połowa obwodu gumki w stanie spoczynku ÷55-65cm połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym)x30cm wysokość)

**Ad. 13**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 14**

**Pakiet 71, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z osłoną na aparaturę medyczną 140 x 140 cm w stanie rozciągniętym (maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 80 x 80 cm)? (w miejsce osłony foliowej z gumką (27-38 połowa obwodu gumki w stanie spoczynku ÷107-117 połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym )x 56cm wysokość , okrągła z gumką)

**Ad. 14**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 15**

**Pakiet 71, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z osłoną na aparaturę medyczną 105 x 105 cm w stanie rozciągniętym (maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 60 x 60 cm)? (w miejsce osłony foliowej z gumką (23-33 połowa obwodu gumki w stanie spoczynku ÷97-107 połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym)x91 cm wysokość, prostokątna z gumką)

**Ad. 15**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 16**

**Pakiet 71, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii ze strzykawką 3 częściową zamiast 2 częściowej?

**Ad. 16**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 17**

**Pakiet 71, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do angiografii z ostrzem nr 10 lub ostrzem 11P?

**Ad. 17**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 18**

**Pakiet 71, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny jałowy o wadze podkładu 77g, chłonność 1177 ml?

**Ad. 18**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 19****Pakiet 71, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści żeby podkład chłonny dostarczany był wraz z 1 sztuką kompresu gazowego 10 x 10 cm w zestawie?

**Ad. 19**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 20****Pakiet 71, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Ad. 20**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.