

DZP/05PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Realizacja projektu pn. „**Leasing finansowy wraz z dostawą angiografu dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o., wraz z jego montażem i adaptacją pomieszczeń niezbędnych do jego funkcjonowania**” Sygn. spr. **DZP/05PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy wymagany w Załączniku nr 5, w pozycji IX. 9. zestaw fantomów służących do przeprowadzenia podstawowych testów kontroli jakości aparatu rtg zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powinien być dedykowany sprzętowo do współpracy z oferowanym angiografem ?

Ad. 1

Tak, powinien być dedykowany sprzętowo do współpracy z oferowanym angiografem.

Pyt. 2

Czy wymagany w Załączniku nr 5, w pozycji IX. 9. zestaw fantomów służących do przeprowadzenia podstawowych testów kontroli jakości aparatu rtg zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami należy zaoferować (zgodnie z zapisem w pozycji X.3) 5-letnią licencję na oprogramowanie online (np. QADRA albo równoważne) wspomagające wykonywanie testów podstawowych kontroli jakości, posiadające co najmniej funkcje analizy obrazów fantomu, obliczeń wyników, generowania raportów z testu oraz raportów zbiorczych a także archiwizowania obrazów testowych w formacie DICOM oraz przypominania o terminach wykonywania testów. Czy wraz z przeprowadzeniem szkolenia z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości należy przeprowadzić uruchomienie programu wspomagającego wykonywanie testów kontroli jakości ?

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.