

DZP/24PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. Sygn. DZP/24PN/2020

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Załącznik nr 3 Parametry techniczne

Pyt. 1

Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny mobilny na podstawie jezdnej z 3 podwójnymi kołami? Takie rozwiązanie gwarantuje większą zwrotność stołu oraz łatwiejsze manewrowanie podczas transportu pacjenta.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści stół z czwartym kołem kierunkowym aktywowanym za pomocą pilota?

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści stół blokowany za pomocą wysuwanych stopek gwarantujących maksymalną stabilność stołu podczas pracy?

Ad. 3

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem aktywowanym poprzez naciśnięcie przycisku? Aktywowanie pilota poprzez czujnik ruchu powoduje ograniczone bezpieczeństwo pacjenta i niesie ryzyko przypadkowej aktywacji pilota.

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści stół z 2-dzielną sekcją nóg z możliwością odwodzenia 90°?

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści regulację ruchów sterowanych za pomocą pilota:

- wysokość blatu
- regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga
- regulacja przechyłów bocznych
- regulacja płyty plecowej
- pozycja „0” za pomocą jednego przycisku
- pozycja flex/reflex
- przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona?

Ad. 6

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7

Pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją pozycji „flex” i „reflex” realizowaną za pomocą dwóch przycisków na pilocie?

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 8

Pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 65 do 101 cm (bez materacy)?

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 9

Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją nachylenia płyty plecowej w zakresie w zakresie -35° do +70°?

Ad. 9

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 10

Pkt. 31

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony, w przypadku braku możliwości zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony?

Ad. 10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 11

Pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści stół z bezrzepowym mocowaniem materacy do stołu, realizowanym za pomocą gniazd i czopów? Takie rozwiązanie gwarantuje utrzymanie bardzo wysokiej higieny stołu i łatwość jego czyszczenia.

Ad. 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 12

Pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością awaryjnego odblokowania i transportu stołu w przypadku awarii oraz z możliwością pracy i korzystania z wszystkich funkcji stołu podczas ładowania?

Ad. 12

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 13

Pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści stół z aluminiowymi szynami sprzętowymi o przekroju 10x25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu? Jest to rozwiązanie nadrzędne względem wymaganego, ograniczające masę całkowitą stołu.

Ad.13

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 14

Pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści stół z dopuszczalnym obciążeniem 350 kg?

Ad. 14

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 15

Pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści stół z max. wagą pacjenta umożliwiającą użycie stołu w dowolnym położeniu wynoszącą 250 kg?

Ad. 15

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 16

Pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym standardowa realizacja ruchów stołu odbywa się pod precyzyjną kontrolą operatora?

Ad. 16

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 17

Pkt. 46

Czy Zamawiający dopuści pas do mocowania pacjenta o całkowitej długości 2200 mm z klamrą zapobiegającą przesuwaniu się po szynie stołu?

Ad. 17

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18

Pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści podpory pod stopy o wymiarach 220x270 mm, mocowane do szyny bocznej stołu, z możliwością wykorzystania jako podpory bocznej?

Ad. 18

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 19

Pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści poszerzenia bariatryczne do stołu, obustronne, długości 400 mm?

Ad. 19

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 20

Pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści półwałek o wymiarach 500 x 150 x 100 mm?

Ad. 20

Tak, Zamawiający dopuszcza.