

DZP/25PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. - powtórzenie” o sygn. DZP/25PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu dostarczenia „co najmniej trzech wklejek z nazwą, datą ważności i nr lot. produktu do wklejenia do dokumentacji szpitala i pacjenta”. Nasze produkty spełniają wszystkie wymagania odnośnie prawidłowego oznakowania, które regulują przepisy lokalne jak i EU. Taki zapis uniemożliwia nam złożenie oferty i tym samym ogranicza równe traktowanie konkurencji.

Ad. 1

Zamawiający dopuści rezygnację z wklejek tylko i wyłącznie w przypadku dostarczenia produktów z wyraźnym nadrukiem serii i daty ważności na poszczególnych produktach

Pyt. 2

W związku z tym, że Zamawiający zastrzegł sobie prawo żądania dostarczenia próbek oferowanych produktów, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaką jednostkę miary oraz ilość próbek będzie wymagał Zamawiający?

Ad. 2

Zamawiający w przypadku wątpliwości co do jakości zaoferowanego sprzętu w stosunku do opisu lub instrukcji, wymagać będzie 1 sztukę próbki danego asortymentu.