

**DZP/11PN/2020**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, kosmetyków i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. DZP/11PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Pakiet 1, poz. 1-2,5, 131-132

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2, 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 2**

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Ad. 2**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pyt. 3**

Pakiet 1, poz. 1-2,5

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Ad. 3**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 4**

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczechu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolec igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Ad. 4**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 5**

Pakiet 1, poz. 1-2,5

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Ad. 5**

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 6**

Pakiet 1, poz. 1-2,5

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Ad. 6**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 7**

Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczechem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolec igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Ad. 7**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 8**

Pakiet 1, poz. 131-132

Czy zamawiający dopuści jednostronną czytelną skalę pomiarową, niezmywalną , w kontrastowym kolorze?

**Ad. 8**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 9**

Pakiet 3, poz. 187,

Czy zamawiający wydzieli poz.187 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Ad. 9**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 10**

Pakiet 3, poz. 187,

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. 10**

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale koreczki w opakowaniu muszą być sterylne pakowane osobno po jednej sztuce. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 11**

Pakiet 4, poz. 206-208,212-213

Czy zamawiający wydzieli poz. 206-208,212-213 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Ad. 11**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 12**

Pakiet 4, poz. 222-226

Czy zamawiający dopuści kompres włókninowy o gramaturze 30 g?

**Ad. 12**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 13**

Pakiet 4, poz. 222-226

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Ad. 13**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 14**

Pakiet 5, poz. 314-316, 325-334,336

Czy zamawiający wydzieli poz. 314-316, poz. 325-334, 336 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Ad. 14**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt.15**

Pakiet 5, poz. 336

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. 15**

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie z zachowaniem sterylności produktu.

**Pyt. 16**

Pakiet 5, poz. 314, poz. 325-327

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

**Ad. 16**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pyt. 17**

Pakiet 5, poz. 314

Czy zamawiający dopuści i wymaga gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwi w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

**Ad. 17**

Tak, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 18**

Pakiet 5, poz. 332-334

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Ad. 18**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 19**

Pakiet 5, poz. 332-334

Czy zamawiający dopuści kompres włókninowy o gramaturze 30 g?

**Ad. 19**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 20**

Pakiet 5, poz.323,382,385,389-390,398,399,400

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Ad. 20**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 21**

Pakiet 5, poz. 323

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. 21**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pyt. 22**

Pakiet 5, poz. 385

Czy zamawiający dopuści skalę co 1 ml?

**Ad. 22**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pyt. 23**

Pakiet 5, poz. 399

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. 23**

Nie, worki muszą być pakowane osobno. Zgodnie z SIWZ

**Pyt. 24**

Pakiet 5, poz.400

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

**Ad. 24**

Tak, Zamawiający dopuszcza