

DZP/19PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **UMOWA RAMOWA na dostawę środków ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/19PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane a' 100sztuk?

Ad. 1

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2 dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane ze standardowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m² o średnicy po rozciągnięciu ok. 53cm?

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3 dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Ad. 3

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4 dot. Pakietu 7, 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch wyłącznie w rozmiarze L?

Ad. 4

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5 dot. Pakietu 7, 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu a' 10szt.?

Ad. 5

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 6 dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w całości z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m²?

Ad. 6

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7 dot. Pakietu 18

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 30g/m²?

Ad. 7

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 8 dot. Pakietu 18

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze w rozmiarze 38cm x 17cm?

Ad. 8

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pyt. 9 dot. Pakietu 24

Czy zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach 6-8,5?

Ad. 9

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 10 dot. Pakietu 27

Czy zamawiający odstąpi od wymogu mankietu z obszarem adhezyjnym?

Ad. 10

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 11 dot. Pakietu 27

Czy zamawiający odstąpi od wymogu hermetycznego podciśnieniowego sposobu pakowania?

Ad. 11

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 12 dot. Pakietu 27

Czy zamawiający dopuści rękawice w kolorze białym?

Ad. 12

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pyt. 13 dot. Pakietu 28

Czy zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach?

Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Ad. 13

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 14 dot. Pakietu 28

Czy zamawiający dopuści opakowanie a'100?

Ad. 14

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 15 dot. Pakietu 28

Czy zamawiający dopuści wycenę za op a'100 z przeliczeniem podanych ilości?

Ad. 15

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 16 dot. Pakietu 29

Czy zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach?

Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytotatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Ad. 16

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 17 dot. Pakietu 29

Czy zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'100?

Ad. 17

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 18 dot. Pakietu 29

Czy zamawiający dopuści wycenę za op a'100 z przeliczeniem podanych ilości?

Ad. 18

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości poprzez zaokrąglenie w górę wielkości do pełnego opakowania.