

DZP/19PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **UMOWA RAMOWA na dostawę środków ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/19PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 dot. Pakietu 1

Czy zamawiający dopuści czepki typu beret, niesterylne, wykonane z włókniny polipropylenowej, niebieskie, o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2 dot. Pakietu 1

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3 dot. Pakietu 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad. 3

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 4 dot. Pakietu 7

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Ad. 4

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5 dot. Pakietu 7

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Ad. 5

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Ad. 6

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 7 dot. Pakietu 7

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

Ad. 7

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Gramatura ujęta w pytaniu jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w Pakiecie nr 7.

Pyt. 8 dot. Pakietu 9

Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Ad. 8

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 9 dot. Pakietu 9

Czy zamawiający dopuści wyrób sterylny klasy I?

Ad. 9

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ

Pyt. 10 dot. Pakietu 9

Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?

Ad. 10

Zamawiający nie wymaga opakowania typu multivac.

Pyt. 11 dot. Pakietu 10

Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m²?

Ad. 11

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 12 dot. Pakietu 15

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Ad. 12

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.