

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.
ul. M. Curie - Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze
DZP/16PN/2020
DZP/17-38 / 31 /2021

Zabrze, dn. 07.01.2021

DRG MedTek Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 24
02-661 Warszawa

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 29**

DRG MedTek Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.”. Nr sprawy DZP/16PN/2020

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 29 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w załączniku nr 6 do SIWZ dla Pakietu nr 29 dotyczącym parametrów technicznych cewników balonowych standardowych - ciśnienie nominalne BP (balon 3.0) >7Bar, natomiast Wykonawca zaferował cewniki o ciśnieniu nominalnym 6 Bar. Tym samym treść oferty jest niezgodna z SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, iż treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 29 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (*środki ochrony prawnej*) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

P R E Z E S


(podpis Zamawiającego) Urban

Do wiadomości:
Wszyscy wykonawcy