

DZP/16PN/2020

DZP/ 17-38 / 32 /2021

Medtronic Poland Sp. z o. o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 33

Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.”. Nr sprawy DZP/16PN/2020

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 33 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w załączniku nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 33 dotyczącym parametrów technicznych Trombektomu aspiracyjnego strzykawki aspiracyjnej o pojemności co najmniej 60 cm³. Wykonawca w dniu 31.12.2020r wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia parametrów zaoferowanego sprzętu, gdyż Wykonawca w swojej ofercie nie zawarł informacji w tym zakresie. Wykonawca w wyznaczonym terminie wyjaśnił iż zaoferował cewnik aspiracyjny do trombektomii/ Export AP z 2 strzykawkami o pojemności 30 cm³. W związku z powyższym treść oferty jest niezgodna z SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, iż treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 33 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (*środki ochrony prawnej*) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

PREZES


(podpis Zamawiającego) Urban

Do wiadomości:
Wszyscy wykonawcy