

DZP/16PN/2020  
DZP/16-38 / 29 /2021

Agencja Naukowo-Techniczna  
SYMICO Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich 54a/2  
53-333 Wrocław

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY**  
w zakresie Pakietu nr 29,

Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.”. Nr sprawy DZP/16PN/2020

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 29 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w załączniku nr 6 do SIWZ dla Pakietu nr 29 dotyczącym parametrów technicznych cewników balonowych standardowych - średnicy cewnika w części proksymalnej (balon 3.0)  $\leq 1,8F / 0.60$  mm, a Wykonawca zaoferował 2F. Ponadto Zamawiający wymagał średnicy cewnika w części dystalnej  $\leq 2.5F / 0.84$ , a Wykonawca zaoferował cewnik o parametrze 2,7F, informując Zamawiającego, że zaoferował w/w parametry zgodnie z pozytywnymi odpowiedziami. Zamawiający w dniu 12.10.2020 r. dopuścił dla Pakietu nr 29 cewniki balonowe standardowe (semicompliant) o parametrach:

średnice 1,25- 4,0mm

RBP – 12-14atm

profil wejścia – 0,016,

natomiast nie dopuścił cewników o parametrach podanych przez Wykonawcę.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, iż treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 29 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następane.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

**Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.**

PREZES

  
\_\_\_\_\_  
(podpis Zamawiającego)

Do wiadomości:  
Wszyscy wykonawcy