

DZP/16PN/2020

DZP/14 - 38 / 33 / 2021

Konsorcjum Firm
URTICA Sp. z o.o. - Lider
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
PGF S.A.
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY w zakresie Pakietu nr 29,30

Konsorcjum Firm URTICA Sp. z o.o. – Lider, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.”. Nr sprawy DZP/16PN/2020

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 29 i 30 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

- Zamawiający wymagał w załączniku nr 6 do SIWZ dla Pakietu nr 29 dotyczącym parametrów technicznych cewników balonowych standardowych - ciśnienie nominalne BP (balon 3.0) >7Bar, natomiast Wykonawca zaoferował cewniki o ciśnieniu nominalnym 6 Bar. Tym samym treść oferty jest niezgodna z SIWZ. Ponadto Zamawiający wymagał średnicy cewnika w części proksymalnej (balon 3.0) $\leq 1,8F / 0.60$ mm, a Wykonawca zaoferował 1,9F, a także średnicy cewnika w części dystalnej $\leq 2.5F / 0.84$, a Wykonawca zaoferował cewnik o parametrze 2,7F. W związku z powyższym treść oferty jest niezgodna z SIWZ.
- Zamawiający wymagał w załączniku nr 6 do SIWZ dla Pakietu nr 30 dotyczącego cewników balonowych niskoprofilowych „distal shaft” cewnika (o średnicy 3,0 mm) $\leq 0,032$ ” oraz $\leq 0,034$, natomiast Wykonawca zaoferował cewnik o parametrze „distal shaft” 2,7F – 0,035”. W związku z powyższym treść oferty jest niezgodna z SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, iż treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 29 i 30 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następane.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny

sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:
Wszyscy wykonawcy

PREZES


Lp. med. Indego Urban
(podpis Zamawiającego)