

**DZP/02 TP/2021**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę szwów chirurgicznych i klipsów, protez i łat naczyńniowych, siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” o sygn. DZP/02 TP/2021

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Dot. Pakietu, 1, poz. 1, 12, 13, 25-34**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Ad. 1**

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 2**

**Dot. Pakietu, 1, poz. 2-6**

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia diocetaniem chlorheksydyny, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 2**

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 3**

**Dot. Pakietu, 1, poz. 14-15, 17**

Czy Zamawiający dopuści szew o czasie wchłaniania 90-120 dni, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 3**

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 4**

**Dot. Pakietu, 1, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści szew z polidiodksanonu, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Ad. 4**

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 5**

**Dot. Pakietu, 1, 3, 5**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 5**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z zapisami SWZ rozdz. IV pkt. 3.4) Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie E podaje długość WYMAGANĄ nitki i dopuszcza

ZMIANĘ jej długości do  $\pm 10\%$ .

**Pyt. 6**

**Dot. Pakietu, 3, poz. 39, 62, 63**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Ad. 6**

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 7**

**Dot. Pakietu, 3, poz. 40-53**

Czy Zamawiający dopuści szew z polidioksanonu, bez powleczenia triklosanem, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Ad. 7**

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 8**

**Dot. Pakietu, 3, poz. 64-71**

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez katalogowego określenia „z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła”?

**Ad. 8**

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 9**

**Dot. Pakietu, 5, poz. 86**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 9**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 10**

**Dot. Pakietu, 5, poz. 88**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 10**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.