

**DZP/09 PN/2021**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. NR. DZP/09 PN/2021**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Do pakietu 2 pozycji 14**

Czy Zamawiający dopuści stapler skórny j/u ster. z 35 zszywkami szerokimi pokrytymi policzterouroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany. A'1szt.? Stapler z zszywkami standartowymi jest już nie dostępny w sprzedaży.

**Ad. 1**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pyt. 2**

**Do pakietu 2 pozycji 9**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywnymi Max i Min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznnych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (6szt./op.) wraz z bezpłatnym użyczeniem przetwornika piezoelektrycznego

**Ad. 2**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pyt. 3**

**Dotyczy pakiet 2 poz. 7,8,10,13,14**

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu 2 Pozycja 7,8,10,13,14 są pakowane przez wytwórcę pozycja 7,8,13 po 3 sztuki w opakowaniu, pozycja 10 po 12 sztuk w opakowaniu, pozycja 14 po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach ?

**Ad. 3**

Zamawiający w par. 1 pkt. 11 projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ przewidział, iż „Wykonawca ma obowiązek zrealizować zamówienie liczone w jednostkach miary podanych w załączniku nr 3 do SWZ formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1 do umowy). Wykonawca może zaproponować inny sposób pakowania z przeliczeniem prawidłowym ilości sztuk, przy czym w przypadku gdy ilość sztuk będzie przekraczała ilość potrzebną w przetargu, Wykonawca nie może żądać za tą ilość sztuk (przekroczoną) zapłaty.”

**Tym samym Zamawiający w zakresie Pakietu nr 2 poz. 7,8,10,13,14 dopuszcza realizację zamówienia w opakowaniach przedstawionych przez Wykonawcę i w ten sposób będzie składał zamówienia.**