

DZP/09 PN/2021

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. NR. DZP/09 PN/2021**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 4, poz. 37:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej igły iniekcyjnej; średnica igły: 23G=0,6mm; długość igły: 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm; 5 szt. w opakowaniu. Ilość 2 opakowania

Ad. 1

Tak, Zamawiający dopuści.

Pyt. 2

Pakiet nr 4, poz. 42:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chwytaka palczastego jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny; rozpiętość ramion 20mm. Dł. narzędzia 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. - 5 sztuk w opakowaniu

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

SWZ, ROZDZIAŁ XXIII, pkt 1.2 oraz projekt umowy § 2, pkt 3 – zwracamy się z prośbą, aby termin realizacji zamówienia liczony był w dniach roboczych

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4

SWZ, rozdz. III, pkt 3, poz.16 oraz projekt umowy, § 2, pkt 2 – prosimy o odstąpienie z wymogu dostaw „na cito” dla pakietu 4?

Przedmiotem zamówienia w tym pakiecie są narzędzia do endoskopii, których zużycie można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

SWZ, ROZDZIAŁ III, pkt 3, poz.12 oraz projekt umowy, § 5, pkt 1 – prosimy o rezygnację z utworzenia Banku sprzętu/Depozytu dla pakietu 4 (narzędzia do endoskopii)

Ad. 5

Zgodnie z załącznikiem nr 3 w Pakiecie nr 4 nie jest wymagany depozyt.

Pyt. 6

SWZ, rozdz. III, pkt 3, poz.13 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia wklejek na pojedynczych produktach w pozycjach 33, 35, 36, 38, 41, 43. Informacje o nazwie, numerze LOT i dacie ważności zawarte są na opakowaniu zbiorczym?

Ad. 6

Zamawiający dopuści brak wklejek na pojedynczych produktach w pozycjach 33, 35, 36, 38, 41, 43, przy informacji o nazwie, numerze LOT i dacie ważności zawartych na opakowaniu zbiorczym

Pyt. 7

SWZ, rozdz. III, pkt 3, poz.13 - Czy Zamawiający dopuści dostarczenie wklejek na pojedynczych produktach z nazwą i numerem LOT w pozycjach 34, 37, 39, 40, 42, 44. Informacje o dacie ważności zawarte są na opakowaniu zbiorczym?

Ad. 7

Tak, Zamawiający dopuści dostarczenie wklejek na pojedynczych produktach z nazwą i numerem LOT w pozycjach 34, 37, 39, 40, 42, 44, przy informacji o dacie ważności zawartej na opakowaniu zbiorczym

Pyt. 8

Dotyczy pakietu 4: zapisy SWZ oraz wzoru umowy: Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 4 - Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw "na cito" do 48 godzin?

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 9

dotyczy pakietu 4 oraz zapisy SWZ rozdział III pkt. 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z dostawy dokumentów rozdział III pkt. 20 przed podpisaniem umowy w przypadku pakietu 4?

*Instrukcje używania dostarczane są wraz z każdym towarem przy dostawie przedmiotu zamówienia.
Deklaracje zgodności Wykonawca może dostarczyć na każdym etapie realizacji umowy na wezwanie – zgodnie z wymaganiami swz*

Ad. 9

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 10

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 2, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na potwierdzenie zamówienia „na cito” do 8 godzin?

Ad. 10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 11

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby terminy, o których mowa w ustępie 5 były liczone w dniach roboczych?

Ad. 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 12

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów, o których mowa w ustępie 5 odpowiednio do 72 i 24 godzin?

Ad. 12

Zamawiający informuje, że w dniu 15.12.2021 dokonał zmiany załącznika nr 4 – projektu umowy w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 13

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby kary umowne były liczone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Ad. 13

Zgodnie z SWZ

Pyt. 14

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie następującej części zdania z podpunktu a): „(...) a w przypadku zamówień „na cito” w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej dla danego pakietu w § 1 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia Sprzętu będącego przedmiotem umowy w danym pakiecie;”?

Ad. 14

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 15

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej o której mowa w podpunkcie b) do 5% kwoty brutto dla danego pakietu?

Ad. 15

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 16

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kara umowna określona w podpunkcie b) była liczona od kwoty brutto asortymentu którego dotyczą okoliczności?

Ad. 16

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 17

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej o której mowa w podpunkcie c) do 2% kwoty brutto dla danego pakietu?

Ad. 17

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 18

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kara umowna określona w podpunkcie c) była liczona od kwoty brutto asortymentu którego dotyczą okoliczności?

Ad. 18

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 19

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ustępu 2 ?

Ad. 19

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.