

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10  
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 30.08.2022 r.

**DZP/13 TP/2022**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych i hemodynamicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. Nr. DZP/13 TP/2022.**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Zamawiający nie określił rodzaju powleczenia. Czy Zamawiający oczekuje cewnika z powleczeniem silikonowym?

Czy Zamawiający w Zadaniu 26a oczekuje cewników w szerokiej gamie średnic w tym: 5F – 5,5f, 6f, 7f 8f?

**Ad 1**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga cewnika z powleczeniem silikonowym.

Zamawiający wymaga przedłużacza cewnika prowadzącego typu „monorail” z miękką atraumatyczną końcówką, kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F.