

DZP/10 PN/2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu jednorazowego dla pacjentów wymagających zabiegów hemodynamicznych lub elektrofizjologicznych. Nr sprawy. DZP/10PN/2022**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 23

Ze względu na fakt iż system ATTAIN 6216A to nazwa własna cewnika prosimy zamawiającego o określenie rodzaju i typu wejścia do kabla posiadanego przy monitorze oraz ilość posiadanych monitorów.


Ad. 1

Symbol kabla: M1643A firmy Philips

Oferowany cewnik Swana Ganza musi swobodnie przechodzić przez koszulkę ATTAIN 6216A tzn. jego średnica w najgrubszym miejscu nie może przekroczyć 7F.

Pyt. 2

Ze względu na fakt iż system ATTAIN 6216A to nazwa własna cewnika czy zamawiający wymaga wysokiej jakości cewników z wejściem jak na zdjęciu poniżej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.



Ad. 2

Oferowany cewnik Swana Ganzka musi swobodnie przechodzić przez koszulkę ATTAIN 6216A tzn. jego średnica w najgrubszym miejscu nie może przekroczyć 7F.

Pyt. 3

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – projektu umowy

Pytanie nr 1 - § 9

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości sprzętu którego faktycznie dotyczy opóźnienie a nie od wartości całej umowy.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto zgodnie z zapisami załącznika nr 4a i 4b do SWZ kary umowne naliczane są od wartości danego Pakietu, a nie całości umowy.