

DZP/08 TP/2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” nr. DZP/08 TP/2022

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Załącznik nr 5 - Pakiet nr 3 Holter ciśnieniowy - 5 szt.

Pyt. 1

Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością wykonanie oceny ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną u pacjentów dorosłych?

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pyt. 2

Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści rejestrator z jednym systemem pomiarów?

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pyt. 3

Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści rejestrator z opcją zasilania bateryjnego, bez funkcji zasilania przez USB?

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza

Pyt. 4

Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści rejestrator z zakresem mierzonego ciśnienia 0-299 mm Hg? Oferowana wartość jest minimalnie mniejsza od wymaganej i nie wpływa to na dokładność pomiaru.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza

Pyt. 5

Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją rejestracji ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (400 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów? W praktyce jest to ilość wystarczająca - uwzględniając cztery pomiary na godzinę i pomiar w nocy aparat wykonuje ok 400 pomiarów w ciągu 7 dni.

Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pyt. 6

Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością wykonanie oceny ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną u pacjentów dorosłych?

Ad. 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pyt. 7

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez możliwości programowania bez komputera?

Ad. 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pyt. 8

Pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez funkcji testu manometru?

Ad. 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pyt. 9

Pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez funkcji testu szczelności?

Ad. 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pyt. 10

Pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez funkcji oszczędzania energii?

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza

Pyt. 11

Pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści rejestrator o wymiarach 113x75x26 mm?

Ad. 11

Zamawiający dopuszcza

Pyt. 12

Pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści rejestrator z opcją zasilania bateryjnego, bez funkcji zasilania przez USB??

Ad. 12

Zamawiający dopuszcza

Pyt. 13

Pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez łącznika mankietu i przewodu ciśnieniowego?

Ad. 13

Zamawiający dopuszcza

Pyt. 14

Pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści rejestrator wyposażony w etui z paskiem do noszenia?

Ad. 14

Zamawiający dopuszcza

Załącznik nr 5 Pakiet nr 4 Holter EKG - 2 szt.

Pyt. 15

Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści analizę zapisu EKG w trybie retrospektywnym, bez opcji prospektywnej? W standardowej, ambulatoryjnej analizie Holtera zapisów sygnału EKG powszechnie stosuje się tryb retrospektywny. Ten rodzaj analizy jest jednocześnie szybki i dokładny, wystarczający

do diagnostyki. Tryb prospektywny wymaga znacznie więcej czasu i wiedzy operatora. Ten rodzaj analizy najczęściej wykorzystywany jest przez wysoko wyspecjalizowane kliniki kardiologiczne do bardzo skomplikowanych przypadków medycznych.

Ad. 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pyt. 16

Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigemina, Pary, uniesienia i obniżenia ST, Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie, bez IRR VT, IVR, R/T? W oferowanym systemie dostępne są również inne typy arytmii: R-R, R-S, R-V, R-J, R-E, R-F, R-B.

Ad. 16

Zamawiający dopuszcza

Pyt. 17

Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści system z możliwością analizy ST i HRV, w tym: ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału, możliwość zmiany kryteriów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału, bez prezentacji wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy w 3D? Prezentacja wartości ST w 3D nie jest diagnostyczna.

Ad. 17

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pyt. 18

Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści system z funkcją niezależnej analizy ST każdego kanału EKG bez możliwości wybrania przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R?

Ad. 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pyt. 19

Pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji podglądu przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej? Oferowany przez nas system jest wyposażony w bardziej zaawansowane funkcje. Do podglądu sygnału EKG nie jest niezbędny monitor z systemem analizującym. Podczas rozpoczęcia badania, podczas przygotowania pacjenta, również podczas trwania badania, w dowolnym momencie, sygnał EKG możemy monitorować na wyświetlaczu LCD, wbudowany w obudowę rejestratora. Zwiększa to komfort użytkownika.

Ad. 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ