

DZP/06 PN/2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę diatermii elektrochirurgicznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” nr. **DZP/06 PN/2022**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

dotyczy załącznika nr 5 do SWZ - wyposażenie - pozycja nr 84 i 85

Prosimy o doprecyzowanie i określenie czy nie doszło do omyłki piśmienniczej gdyż w pozycji 84 i 85 Zamawiający opisuje ten sam aplikator? Jednocześnie prosimy o informację czy zamawiający wymaga dostarczenia w obu pozycjach aplikatora wielorazowego z wysuwaną elektrodą szpatułkową o dł. 100 mm śr. 5mm czy aplikatora wielorazowego z wysuwaną elektrodą szpatułkową o dł. 35 mm śr. 5mm?

Może zamawiający wymaga w jednej pozycji aplikatora krótkiego (35cm) a w drugiej dłuższego (100mm)? Informujemy również iż wymienione przez nas w zapytaniu aplikatory argonowe wielorazowe z wysuwanymi elektrodami szpatułkowymi pasują do wielorazowych uchwytów argonowych opisanych w pozycji nr 80

Ad. 1

Zamawiający wymaga w poz. 84 aplikatora argonowego krótkiego o długości od 30 – 40 mm z przesuwaną elektrodą szpatułkową pasującego do uchwytu z pozycji 80, w pozycji 85 wymaga aplikatora o długości 100-120 mm z wysuwaną elektrodą szpatułkową pasującego do uchwytu z pozycji 80.

Pyt. 2

dotyczy Rozdziału III pkt. 3 ppkt 6) SWZ oraz załącznika nr 5 do SWZ poz 91 – (Gwarancja sprzętu min 24 miesiące) Czy zamawiający wyrazi zgodę na gwarancje na instrumenty wielorazowe, zużywalne (wózki, aplikatory, kable, włączniki) - 12 miesięcy? Natomiast jeśli chodzi o sprzęt – urządzenia wchodzące w skład zestawu (diatermia, przystawka argonowa, przystawka do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy) – pozostaje bez zmian 24 miesiące.

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na gwarancję 12 miesięcy na instrumenty wielorazowe zużywalne. Dla sprzętu wchodzącego w skład zestawu (diatermia, przystawka argonowa, przystawka do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy) Zamawiający wymaga gwarancji minimum 24 miesięcy. Gwarancja tego sprzętu podlega punktacji zgodnie z przyjętym kryterium w SWZ.