

DZP/10 PN/2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu jednorazowego dla pacjentów wymagających zabiegów hemodynamicznych lub elektrofizjologicznych. Nr sprawy. DZP/10PN/2022**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 48 załącznik 6 (parametry techniczne) pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści elektrody dwubiegunowe uwalniające steryd z każdego bieguna stymulacji mogących pracować w konfiguracji jednobiegunowej programowanej z poziomu wszczepionego urządzenia?

Pyt. 2

Pakiet 48 załącznik 6 (parametry techniczne) pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści elektrody bipolarne „over the wire” uwalniające steryd z każdego bieguna stymulacji mogące pracować w konfiguracji unipolarnej programowanej z poziomu wszczepionego urządzenia?

Ad. 1 i 2

Zamawiający w pkt. 11 oczekuje, że Wykonawca zaoferuje elektrody uwalniające steryd z każdego punktu stymulacji, a pkt. 14 należy rozpatrywać w tym samym kontekście.