

DZP/10 PN/2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu jednorazowego dla pacjentów wymagających zabiegów hemodynamicznych lub elektrofizjologicznych. Nr sprawy. DZP/10PN/2022**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Zapytanie do pakietu 22

Czy w opisie przedmiotu zamówienia „Cewnik elektroniczny do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej HD wraz z możliwością użyczenia konsoli” nie pojawił się błąd opisowy, technologia IVUS HD jest realizowana jedynie na cewnikach mechanicznych?

Ad. 1

Tak, w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 5 do SWZ) w zakresie pakietu 22 jest błąd opisowy. Winno być „Cewnik mechaniczny do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej HD wraz z możliwością użyczenia konsoli”.