

DZP/02 PN/2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę aparatu ultrasonograficznego przewoźnego z głowicami echokardiograficznymi: przezklatką standardową, przezklatką 4D, naczyniową oraz przezprzełykową 4D dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o . Nr. DZP/02PN/2022**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy: załącznik nr 3 do SWZ

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał obrazowania w trybie Triplex – (B+CD+CWD) wyłącznie na wszystkich obrazowych głowicach kardiologicznych? Ponieważ tryb obrazowania CWD używany jest tylko w badaniach kardiologicznych (dotyczy głowic kardiologicznych), ma to związek z limitem Nyquista, w pozostałej diagnostyce (głowice inne niż kardiologiczne) używa się tylko dopplera PWD.

Ad. 1

Zamawiający dopuści obrazowanie w trybie Triplex (B+CD+CWD) wyłącznie na wszystkich obrazowych głowicach kardiologicznych, ale nie będzie wymagał tego parametru. Zamawiający informuje jednocześnie o zmianie Załącznika nr 3 do SWZ – parametry techniczne w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał jednoczesnego obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym na wszystkich głowicach z wyłączeniem głowic obrazowych do badań kardiologicznych (głowice sektorowe i przezprzełykowe). Ponieważ w badaniach kardiologicznych wykorzystuje się tkankowego dopplera kolorowego (TVI), który jest niezbędnym wyposażeniem echokardiografu. Czy w związku z tym na głowicach sektorowych i przezprzełykowych zamawiający będzie wymagał B + B/CD (Color Doppler) oraz B + TVI? Natomiast w pozostałej diagnostyce (głowice inne niż kardiologiczne) Zamawiający będzie wymagał B + B/CD (Color/Power Doppler)?

Ad. 2

Tak, Zamawiający dopuści i będzie wymagał obrazowanie B+B/CD (Color Power Doppler) w czasie rzeczywistym na wszystkich głowicach z wyłączeniem głowic obrazowych do badań kardiologicznych (czyli głowice sektorowe i przezprzełykowe). Zamawiający nie będzie wymagał na głowicach sektorowych i przezprzełykowych obrazowania B + B/CD (Color/Power Doppler) oraz B + TVI. Zamawiający informuje jednocześnie o zmianie Załącznika nr 3 do SWZ – parametry techniczne w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji z podziałem na:

1 – 12 miesiąc gwarancja producenta

13 – 24 miesiąc gwarancja na zasadach ubezpieczenia all risk z zachowaniem wszystkich wymagań zawartych w pkt. 100-105.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody.