

DZP/08 TP/2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie Pakietu nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Sygn. **DZP/08 TP/2022**.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. , działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) (zwaną dalej Ustawą pzp) **informuje o unieważnieniu postępowania** o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pakietu nr 1 tj. Wideodermatoskopu

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Podstawą unieważnienia przetargu w zakresie Pakietu nr 1 tj. wideodermatoskopu są błędy związane z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 5 do SWZ – parametry techniczne, których nie można już poprawić z uwagi na dokonanie czynności otwarcia ofert.

Błędy w opisie dotyczą:

- Pkt 6. Opisu parametrów technicznych - podano błędnie oczekiwaną rozdzielczość jako min. 1920x1180, a powinna ona wynosić min. 1920x1080, co jest tożsame z rozdzielczością HD. Tym samym nie jest możliwe spełnienie tego warunku przez żadnego z Wykonawców,
- Pkt.12, pkt. 13 i pkt. 49 Opisu parametrów technicznych - Zamawiający oczekuje autofokusa automatycznego w trybie zdjęć lokalizacyjnych (punkt 12) oraz autofokusa do trybu dermatoskopowego (punkt 13). Celem autofokusa jest korekcja zdjęć i ich standaryzacja, umożliwiająca wykonywanie zdjęć, które w przyszłości można porównać ze sobą. Równocześnie Zamawiający omyłkowo w punkcie 49. oczekuje „oprogramowania i kamery umożliwiającej tworzenie powtarzalnych (standaryzowanych zdjęć)” jako dodatkowego, odrębnego sprzętu. Ponadto ten parametr zostaje omyłkowo przez Zamawiającego punktowany. Skutkuje to, że punkty 12 i 13 oraz 49 równocześnie się wykluczają, są niemożliwe do spełnienia przez Wykonawców. Spełnienie punktu 49 oraz 12 i 13 stanowi poważną wadę urządzenia i jest niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, pociągałoby konieczność stosowania odrębnego sprzętu do wykonywania podstawowej działalności diagnostycznej i odrębnego sprzętu do standaryzowania i korekcji zdjęć.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt. 6) unieważnia w/w postępowanie w zakresie Pakietu nr 1 tj. Wideoderamtoskopu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w specyfikacji warunków zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale IX *środki ochrony prawnej*.