

Zabrze 08.06.2022

Dotyczy postępowania: L AP/HEMO/4H/828/2022

Na pytania zadane przez jednego z Oferentów, Zamawiający udzielił odpowiedzi:

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego: DOSTAWA Sprzętu dla pracowni hemodynamicznej – STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR MRI – 40 SZT ORAZ STYMULATOR CRT- P MRI – 3SZT dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o. o.:


1. Dot. Pakiet 47, Tabela Parametrów wymaganych - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie Czulości Komorowej w zakresie 0,5-7,5[mV], Amplitudzie Impulsu (A/V) w zakresie 0,2-7,5[V] oraz Refrakcji Przedionkowej automatycznej (300-775[ms])? Pozostałe Parametry zgodne z wymogami SWZ.

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę

2. Dot. Pakietu 47/48, Zał.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z asortymentem plastikowych kart ID dla pacjenta w zamian za opaskę?”

Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę

PREZES ZARZĄDU


Krzysztof Żabicki