

**Wszyscy Oferenci biorący udział w Konkursie Ofert pn.: Wykonywanie przeglądów technicznych aparatury medycznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. o.o.**

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu **Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO** w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. w związku z otrzymanymi zapytaniami dot. ww. Konkursu Ofert pn.: poniżej przedstawia pytania wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

Zamawiający w Zaproszeniu napisał iż: „Przeglądy techniczne wykonywane będą bez wymiany zestawów, ewentualne wymiany zestawów serwisowych według zaleceń po przeglądzie odbywać się będą na osobnym zleceniu potwierdzonym przez Zamawiającego. „ Według instrukcji obsługi producenta każda procedura przeglądowa uzależniona jest od wieku aparatu, a nie stopnia zużycia części. Oznacza to, że przed procedurą przeglądową znane są wszystkie części jakie bezwzględnie powinny być wymienione.

W sytuacji jakiej Wymaga Zamawiający, serwis wykonujący usługę powinien wykonać przegląd. Po przeglądzie aparat nie powinien zostać dopuszczony do eksploatacji, ponieważ będą musiały być wymienione części. W tej sytuacji wstrzymywana jest praca aparatu i po akceptacji oferty i wymianie części należy ponownie wykonać procedurę przeglądową z wszystkimi pomiarami co powoduje , że Zamawiający płaci podwójnie za wykonanie usługi przeglądu.

Prosimy o zmianę zapisów umowy na zgodne z wymaganiami producenta i wykonanie kompletnego przeglądu z wymianą części przy jednorazowym podejściu do aparatu.

Odpowiedź Szpitala:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zaproszeniu z dnia 21 lipca 2022 r.

**Pytanie nr 2:**

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty Fabius Tiro, Primus, które zgodnie z instrukcją mają przeglądy co 6 miesięcy. Podczas umowy powinny mieć wykonane 2 przeglądy, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania dwóch przeglądów w czasie trwania 12 miesięcznej umowy?

Odpowiedź Szpitala:

Zamawiający będzie wymagał 2 przeglądów aparatów Fabius Tiro, Primus w czasie trwania 12 miesięcznej umowy.

**Pytanie nr 3:**

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty Primus, w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, poprawności wskazań, szczelności układu miksera i zaworu zwrotnego, sprawdzenie poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

**Odpowiedź Szpitala:**

Zamawiający nie wymaga oprogramowania serwisowego.

**Pytania do wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na :

- §4 pkt.4 skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni
- §6 pkt 1.2 zmniejszenie kary umownej z 0,5% do 0,2%

**Odpowiedź Szpitala:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zaproszeniu z dnia 21 lipca 2022 r.