

DZ/133/ 229 / 2021

Zabrze 17.11.2021r.

Dotyczy odpowiedzi na zadane pytania do postępowania DEO/DZ/14 PU /2021

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki płaskie, owalne o średnicy górnej 8,5-2,7cm?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 1 poz.2


Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy górnej 12cm?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 1 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z etykietą zawierającą:

 <p>POJEMNIK[®] NA ODPADY MEDYCZNE</p> <p>MATERIAŁ ZAKAŻNY</p> <p>SPOSÓB UŻYCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Po napełnieniu do 2/3 obj.• I zamknięciu pojemnik przekazać do utylizacji• Opakowanie służy do jednorazowego użytku• Zachować szczególną ostrożność przy używaniu pojemnika, a zwłaszcza przy domykaniu jego wieczka (zalecane jest postawienie na stabilnym podłożu, a nie trzymanie w ręku). <p>„PLASPOL” Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 85/87 tel./fax (034) 363 27 78 e-mail: biuro@plaspol.pl</p>	<p>Miejsce pochodzenia odpadu</p> <p>Rodzaj odpadów</p> <p>.....</p> <p>Data zamknięcia</p> <p>.....</p> <p>Podpis zamylającego</p>
---	---

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że odrębna (dodatkowa) etykieta będzie zawierała pozostałe wymagania zgodnie z zapisem, tj. „, Ponadto etykieta musi zawierać nadruk umożliwiający opis: Wytwórca odpadu, REGON, RPWDL/organ rejestrowy, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, kod odpadu”

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250ml?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że pozostałe wymagania są spełnione

PROKURENT

.....mgr Małgorzata Cudak.....

Podpis Zamawiającego