

**DZP/07 TP/2022**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt.: **Budowa Pracowni Tomografii Komputerowej w ramach rozbudowy budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. NR. DZP/07 TP/2022**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

W związku z konieczności opracowania projektu osłon stałych proszę o podanie producenta, typu Tomografu komputerowego wraz z udostępnieniem DTR-ki Urządzenia. Projekt osłon stałych musi zawierać nazwę urządzenia i typ, a by uzyskać zaopiniowanie ŚPWIS w Katowicach

**Ad. 1**

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie jest wyłoniony dostawca Tomografu Komputerowego. Potencjalny Wykonawca Budowy Pracowni Tomografii Komputerowej zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę Tomografu Komputerowego i zostanie mu przekazana odpowiednia dokumentacja. Zgodnie z wymaganiami przetargu potencjalny Wykonawca będzie musiał współpracować z wyłoniętą dostawcą Tomografu Komputerowego we wszystkich niezbędnych zakresach dotyczących budowy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu na dostawę Tomografu Komputerowego IV kw. 2022r.

Na chwilę obecną potencjalny Wykonawca budowy Pracowni Tomografii Komputerowej musi wykonać pewne założenia co do projektu osłon stałych typowych urządzeń Tomografii Komputerowej.

**Pyt. 2**

W związku z koniecznością zaprojektowaniem zasilania elektrycznego dla Tomografu komputerowego niezbędne jest udostępnienia DTRki urządzenia.

**Ad. 2**

Zgodnie z odpowiedzią powyżej. Ponadto na chwilę obecną potencjalny Wykonawca budowy Pracowni Tomografii Komputerowej musi wykonać pewne założenia co do zasilania typowych urządzeń Tomografii Komputerowej. Wg. posiadanej wiedzy Zamawiającego pobór mocy urządzeń to ok. 100 kVA

**Pyt. 3**

W związku z koniecznością zaprojektowaniem odpowiednich warunków środowiskowych (warunków pracy- chłodzenie) dla Tomografu komputerowego niezbędne jest udostępnieni DTRki urządzenia.

**Ad. 3**

Zgodnie z odpowiedzią powyżej. Wykonawca budowy Pracowni Tomografii Komputerowej musi wykonać pewne założenia co do odpowiednich warunków środowiskowych (warunków pracy – chłodzenie) i kierować się obowiązującymi przepisami odnośnie Pracowni RTG oraz parametrami typowych urządzeń Tomografii Komputerowej.

**Pyt. 4**

Proszę o informację czy budynek Szpitala posiada Ekspertyzę Techniczną z zakresu ochrony p.poż. budynku. Prosimy o jej udostępnienie.

**Ad. 4**

Szpital obecnie nie posiada ekspertyzy technicznej z zakresu ppoż. Szpital jest w trakcie opracowywania ekspertyzy.

**Pyt. 5**

Proszę o informację czy budynek Szpitala posiada decyzje PSP obejmujące nakazy związane z ochroną p.poż. budynku.

**Ad. 5**

Budynek główny Szpitala posiada decyzje PSP.

**Pyt. 6**

Proszę o informację czy teren Szpitala posiada decyzje PSP obejmujące nakazy związane z drogą p.pożarową.

**Ad. 6**

Teren Szpitala posiada decyzje PSP związane z drogą ppoż.

**Pyt. 7**

Proszę o potwierdzenie, że Szpital spełnia wymagania z zakresu ochrony p.poż. budynku.

**Ad. 7**

Szpital posiada decyzje PSP w odniesieniu do budynku oraz drogi ppoż. Szpital posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

**Pyt. 8**

Proszę o udostępnienie specyfikacji o sprzęcie do diagnostyki dla oceny osłon stałych.

**Ad. 8**

Zgodnie z odpowiedzią powyżej. Na chwilę obecną potencjalny Wykonawca budowy Pracowni Tomografii Komputerowej musi wykonać pewne założenia co do osłon stałych typowych urządzeń Tomografii Komputerowej.